


33 1. La valeur de la couche de demi-atténuation du plomb est déterminée graphiquement.

On regarde, pour un pourcentage de 50 %, l'épaisseur de plomb. Elle est d'environ 0,4 mm.



2. L'infirmière ne court aucun risque avec un protège-seringue de 5 mm puisqu'alors la totalité des rayonnements γ est neutralisée.